

令和 7 年度

感染症対策用資器材一式 仕様書



うるま市消防本部

感染症対策用資器材一式仕様書

第一章

総則

この仕様書は、うるま市消防本部（以下「消防本部」という。）が令和7年度に購入する感染症対策用資器材一式（以下「資器材」という。）について定めるものである。

第二章

納入及び検査

- （１）納入期限：令和8年3月13日（金）
- （２）納入場所：うるま市消防本部警防課
- （３）納入時に本仕様書に基づき検査する。
- （４）数量は別表のとおりとする。

第三章

保証期間

納入の日より12ヶ月間とする。ただし、保証期間後でも資器材の製作、材質不良等による箇所の発見の場合は、無償で取替え又は修理を行うこと。

第四章

提出書類

納入にあたり次の書類を消防本部に提出すること。

- | | |
|--------------------|-----|
| （１）取扱説明書 | 必要数 |
| （２）その他、消防本部で指示するもの | 必要数 |

第五章

性能、機能

本仕様で定める性能及び機能を有すること。また、本仕様と同等以上の性能及び機能を有する資器材を主張する場合は、事前に消防本部に資器材の性能、機能の資料を提出し承認を得ること。

第六章

疑義事項

この仕様書に疑義が生じたときは、消防本部の指示を受けること。

仕 様

(1) 感染防止衣上衣

- ア. ディスポーザブルタイプであること。
- イ. 感染防止衣下衣（ズボンタイプ）と同メーカーのツーピースタイプであること。
- ウ. 三層構造以上（透湿フィルム、不織布等）であること。
- エ. 袖口部及び着丈部は、ゴム等で絞り込み、伸縮性があり、装着時に完全に密着し有害物質の侵入を防ぐものであること。
- オ. 上衣ファスナーは、オートマチックスライダー機能を持つ YKK ファスナーとする。
- カ. 通気性に優れ、撥水性、耐水性、透湿性等が確保されていること。
- キ. 血液、体液、嘔吐物が付着しても浸透しにくい素材であること。
- ク. 人工血液バリア性及びウイルスバリア性がクラス 6 合格（J I S 規格）であること。
- ケ. 色はライトブルーとし、上衣（ジャンパータイプ）の背面部と左胸に消防本部指定の文字を入れること（**再帰反射インク使用**）
- コ. 次の箇所にマジックテープ付のポケットを備えること。（左胸部・両脇部）
（上腕部についてはペン刺し機能付きマジックテープ無し。）
- サ. 再帰反射テープを次の箇所に備えること。（両上腕部・左胸部・背部・脇ポケット部）

(2) 感染防止衣下衣

- ア. ディスポーザブルタイプであること。
- イ. 感染防止衣上衣（ジャンパータイプ）と同メーカーのツーピースタイプであること。
- ウ. 三層構造以上（透湿フィルム、不織布等）であること。
- エ. ウエスト部位及び裾口部位には、ゴム等により絞り込み、伸縮性があり、各個人のサイズに対応できるものであること。
- オ. 通気性に優れ、撥水性、耐水性、透湿性等が確保されていること。
- カ. 血液、体液、嘔吐物が付着しても浸透しにくい素材であること。
- キ. 人工血液バリア性及びウイルスバリア性がクラス 6 合格（J I S 規格）

- であること。
- ク. 色はライトブルーとすること。
- ケ. 反射テープを次の箇所に備えること。(両下腿部)

(3) 感染防止衣上下セット (カバーオール型)

- ア. ディスポーザブルタイプであること。
- イ. カバーオール型のワンピースタイプであること。
- ウ. 前部のファスナー部分をファスナーカバー及びシールテープで加工していること。
- エ. 軽量で作業性に優れた S F 構造であること。
- オ. 高い透湿性を持つこと。
- カ. 高い耐水性であり、耐水度 1 5 0 c m (J I S 規格) 以上であること。
- キ. 人工血液バリア性及びウイルスバリア性が、クラス 6 合格 (J I S 規格) であること。
- ク. カバーオール、ゴーグル、N 9 5 マスク、手袋 2 双、シューズカバーを一式とする構成内容であること。

(4) 防護マスク N 9 5

- ア. 不織布製であること。
- イ. 米国 N I O S H (米国労働安全衛生研究所) 規格 N 9 5 合格品であること。
- ウ. 一枚ごとにビニール包装されていること。
- エ. 下向きの排気弁があり、メガネやゴーグルの曇りを軽減し、呼吸が楽で長時間着用が可能であること。
- オ. 顔面に隙間なくフィットし、会話による顎の動きによってズレにくい立体構造である。
- カ. 顔面とマスクの間に間隔ができないよう耐久性に優れ、2 本のゴムで頭部に固定できる構造である。

(5) サージカルマスク (ゴム紐タイプ)

- ア. ディスポーザブルタイプであること。
- イ. 三層構造のゴム紐タイプマスクで、中間層にフィルターを採用していること。
- ウ. メガネやゴーグルが曇りにくいガードシートを採用していること。
- エ. 鼻にぴったりとフィットする、アルミ線入りノーズワイヤーを採用していること。
- オ. 色は、ホワイト及びライトブルーとすること。

(6) ディスポーザブル手袋

- ア. 指先から手のひらまで、エンボス加工されており、丈夫でグリップ性に優れていること。
- イ. 指先にフィットする薄手のもので、感触性に優れ、細かい作業がし易い素材、形状であること。
- ウ. パウダー無しのニトリル（合成ゴム）手袋であること。
- エ. 感染防護衣の袖口の上部に装着した時に、袖口と間隔ができない十分な長さがあること。
- オ. アレルギーを発症し難い素材であること。
- カ. 耐薬品性に優れていること。
- キ. 色は、ホワイト及びライトブルーとすること。

(7) マットレスカバー

- ア. ディスポーザブルタイプであること。
- イ. ポリプロピレン製であること。
- ウ. 両サイドがポケット状に縫製されており、座位等にしてもずれないこと。
- エ. 救急自動車のストレッチャー（エクステンジャー型・スカッドメイド型・POWER - PRO2 電動ストレッチャー）の規格に合わせた寸法であること。
- オ. 防水（撥水）加工されていること。
- カ. 色は、ライトブルーとすること。

(8) 保護メガネ

- ア. 防曇加工が施され、防じん性能に優れレンズ交換が可能であること。
- イ. フレックスフレームシステム採用で上部フレームとアイカップフレームのダブル構造であること。
- ウ. レンズ色はクリア、フレームカラーはブラックであること。
- エ. 鼻パッド付でフィット感があること。

(9) ブーツカバー

- ア. ディスポーザブルタイプであること。
- イ. 防水（撥水）加工されていること。
- ウ. 滑り止め加工がされており、切れにくい性能を持つこと。
- エ. 靴を履いた状態で使用でき、靴の各サイズに対応できること。

※靴のサイズはおおむね 22 c mから 29 c m程度

オ. 色は、ブルー系統とすること。

別表（資器材一覧）

番号	品 名	単位	数量	備 考
1	感染防止衣上衣	着	1200	M 300 着、L 600 着、LL 300 着
2	感染防止衣下衣	着	600	M 200 着、L 300 着、LL 100 着
3	感染防止衣上下セット	セット	100	L 50 セット、LL 50 セット
4	防護マスク N 9 5	枚	1500	
5	サージカルマスク	枚	2,000	
6	ディスポーザブル手袋	枚	3,000	M 1500 枚、L 1500 枚
7	マットレスカバー	枚	200	
8	保護メガネ	個	30	裸眼タイプ 30 個
9	ブーツカバー	枚	1,800	900 足分